体外診断用医薬品
承認番号22700AMX01036000

ノロウイルス抗原キット及びロタウイルスキット

IPライン® デゥオ「ノロ・ロタ」



※プレートの写真はノロウイルス陽性例です。



有効期間
24ヶ月

特徴

ノロウイルス抗原とロタウイルス抗原を同時に検出

反応時間は15分（陽性は5分から判定可能）

Immuno Probe Co., Ltd.

ノロウイルス抗原キット及びロタウイルスキット

IPライン® デゥオ「ノロ・ロタ」

糞便中のノロウイルス抗原とロタウイルス抗原を同時検出可能なキットです。

◆操作方法



アルミシールを剥がし糞便検体を採取した綿棒をチューブに挿入する

十分に撹拌

綿棒を取り出し、試料ろ過フィルターを確実に装着します。

チューブを逆さにし、検体滴下部に3滴滴下します。

◆判定方法



◆相関性試験成績

ノロウイルス		対照品A(IC法) 陽性	陰性	計
本品	陽性	56	4※1	60
	陰性	0	60	60
	計	56	64	120

陽性一致率:100.0%(56/56)
陰性一致率: 93.8%(60/64)
全体一致率: 96.7%(116/120)
※1 RT-PCR法 4例全て陽性

ノロウイルス		対照品B(EIA法) 陽性	陰性	計
本品	陽性	59	12※3	71
	陰性	2※2	69	71
	計	61	81	142

陽性一致率: 96.7%(59/61)
陰性一致率: 85.2%(69/81)
全体一致率: 90.1%(128/142)
※2 RT-PCR法 2例全て陰性
※3 RT-PCR法 12例全て陽性

ロタウイルス		対照品C(IC法) 陽性	陰性	計
本品	陽性	56	1※5	57
	陰性	4※4	59	63
	計	60	60	120

陽性一致率: 93.3%(56/60)
陰性一致率: 98.3%(59/60)
全体一致率: 95.8%(115/120)
※4 RT-PCR法 4例全て陰性
※5 RT-PCR法 1例全て陽性

ロタウイルス		対照品D(EIA法) 陽性	陰性	計
本品	陽性	54	3※7	57
	陰性	1※6	68	69
	計	55	71	126

陽性一致率: 98.2%(54/55)
陰性一致率: 95.8%(68/71)
全体一致率: 96.8%(122/126)
※6 RT-PCR法 1例全て陰性
※7 RT-PCR法 3例全て陽性

◆製品概要

測定原理	イムノクロマトグラフィー法
使用目的	糞便中のノロウイルス抗原及びロタウイルス抗原の検出(ノロウイルス感染及びロタウイルス感染の診断の補助)
有効期間	24ヶ月
貯蔵方法	1～30℃
判定時間	15分(陽性判定は5分から可能)

品番	07854
JANコード	4987302078547
包装単位	10テスト
希望小売価格(税別)	15,000円

製造販売元
株式会社 イムノ・プローブ
〒355-0225 埼玉県比企郡嵐山町鎌形1331-3
TEL:0493-62-6923 FAX:0493-62-9477

販売元
島津ダイアグノスティクス 株式会社
〒110-8736 東京都台東区上野3-24-6
URL:https://corp.sdc.shimadzu.co.jp/
お問い合わせ先:カスタマーサポート 担当 TEL:03-5846-5707

販売代理店